



NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – priloga 2

naziv **ODSTRANITEV IGEL ZA HEMODIALIZO IN OSKRBA VBODNEGA MESTA ARTERIO-VENSKE
FISTULE – DESET PRAVIL ODSTRANJEVANJA DIALIZNE IGLE**

koda **18.03**

Evropske smernice s področja dializne zdravstvene nege - European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (Parisotto in Pancirova, 2014), priporočajo 10 pravil odstranjevanja igel. Pravila so smernice, ki opredeljujejo proces odstranjevanja igel, ki zagotavlja določeno stopnjo kakovosti, varnosti in zanesljivosti v obravnavi pacienta po zaključenem dializnem zdravljenju.

1.	Pacientu pomagajte namestiti rokavico tako, da lahko pritisne na punkcijsko mesto.
2.	Najprej odstranite vensko iglo.
3.	Iglo stabilizirajte in iz nje pazljivo odstranite pritrdilni trak.
4.	Iglo odstranite počasi in pod istim kotom kot ste jo vstavili.
5.	Ko je igla v celoti odstranjena, na vbodno mesto vršite pritisk, pri tem uporabite dva prsta.
6.	Uporabite ustrezен pritisk, tako da občutite vibriranje nad in pod mestom vršenja pritiska.
7.	Brez preverjanja držite 8-12 minut.
8.	Pri prvem punktiranju izvajajte pritisk brez preverjanja 20 minut.
9.	Namestite hemostatski obliž ali sterilni obliž in obvezo.
10.	Izogibajte se ovijanju traku okoli roke.

Uporaba vene punkcijskih klem ali posebnih zažem za hemostazo povečuje tveganje za nastanek zapletov.



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

VIRI:

1. Parisotto, M. T. & Pancirova, J. 2014. *Vascular access cannulation and care, A nursing best practice guide for arteriovenous fistula*. Switzerland: European dialysis and transplant nurses association/ European renal care association, pp. 86-95.
2. Lindič, J., Kovač, D., Kveder, R., Malovrh, M., Pajek, J., Rigler, A. & Škoberne, A. 2014. Bolezen ledvic – 3.izd.: In: Malovrh, M. ed. *Žilni pristopi za hemodializo*. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za nefrologijo, pp. 695-707.